

Протокол итогов № 35
09.10.2023г.

Номер тендера 35

Наименование тендера **Закуп медицинской техники**

Наименование организатора **ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦМБ» ГУ УЗ АО**

Адрес организатора БИН 100240023650, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик ул Абая 336

Тендерная комиссия

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Нурманбетова Айгуль Маратовна	Заместитель директора по финансовым вопросам	Председатель
2	Катабасова Раушан Жансериковна	Заместитель директора по сестринскому делу	Член комиссии
3	Шукелова Динара Хамитовна	Менеджер по медицинской технике	Член комиссии
4	Абрахманов Ернар Ерланович	Специалист по государственным закупкам	Секретарь

Перечень закупаемой техники

№	Наименование МТ	Характеристика	Ед. изм.	Цена выделенная для закупок за ед.	количество	сумма
1	Электроэнцефалограф	Согласно тех спецификаций	шт	19 500 000,00	1	19 500 000,00
2	итого					19 500 000,00

Информация о потенциальных поставщиках участвующих в тендере

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)	Местонахождение(адрес)
1	ИП «АЛИЖАН»	840512350916	г.Алматы, ул.Ладушкина 76
2	ТОО «InterMed trade»	220240031100	г.Алматы, ул.Биокомбинат, здание 20а
3	ТОО «Медикал Солюшнс»	130340013325	г.Алматы, мкр.Аксай 1А, дом 1 оф 25

Потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге
1	ИП «АЛИЖАН»	840512350916	19 430 000,00	19 430 000,00
2	ТОО «InterMed trade»	220240031100	19 390 000,00	19 390 000,00
3	ТОО «Медикал Солюшнс»	130340013325	15 880 000,00	15 880 000,00

Закуп проводился в соответствии с Раздела 2, Главы 2 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

- Комиссия по проведению закупок медицинской техники, рассмотрев поступившие ценовые предложения РЕШИЛА:
- ПРИЗНАТЬ **ТОО «InterMed Trade»** победителями закупок медицинской техники по лоту № 1 «Электроэнцефалограф».




№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)	Местонахождение(адрес)	Наименование МТ	Характеристика	Общая сумма поставщика, тенге
1	ТОО «InterMed trade»	220240031100	г.Алматы, ул.Биокомбинат, здание 20а	Электроэнцефалограф	Согласно тех спецификацией	19 390 000,00

- ОТКЛОНИТЬ Техническую спецификацию Потенциального Поставщика **ТОО «Медикал Солюшнс»** по лоту № 1 «Электроэнцефалограф» не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МЦРБ» Требования согласно тендерной документации	ТОО «Медикал солюшнс»
Количество шаблонов монтажей и настроек не менее 36 наборов запрограммированных монтажных схем	Отсутствие в технической спецификации потенциального Поставщика что не

<p>в сочетании с программируемыми индивидуальными настройками усилителя; Выбор опорного электрода: A1→A2, A1←A2, A1↔A2, A1+A2, VX, AV (с функцией удаления неподходящего электрода), Aav, Org, SD и OFF; Маркировка функциональных проб: метки фотостимуляции, метки гипервентиляции; Маркировка произвольных событий;</p>	соответствует требованиям технического задания
<p>ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: DSA тренд в стандартной программе записи/просмотра ЭЭГ, 3D-картирование вольтажа в стандартной программе записи/просмотра ЭЭГ.</p>	Отсутствие в технической спецификации потенциального Поставщика, что не соответствует требованиям технического задания
<p>Фильтр/подавление ЭКГ, должно быть доступно в режимах регистрации и обработки Проверка сопротивления кожа/электрод (на экране, на блоке коммутации электродов): – индикация на блоке коммутации электродов. – индикация в программе записи.</p>	Отсутствие в технической спецификации потенциального Поставщика, что не соответствует требованиям технического задания
<p>Режимы отображения непрерывный, высокоскоростной, высокоскоростной с паузами, ручной постраничный, ручной посекундный. Функция перемещения, на определенное событие, постранично, на определенный промежуток времени.</p>	Отсутствие в технической спецификации потенциального Поставщика, что не соответствует требованиям технического задания
<p>Дополнительные подключения многоканальных цифровых усилителей и электродных блоков, от 64 до 256 каналов</p>	Отсутствие данной возможности в технической спецификации аппарата потенциального Поставщика, что не соответствует требованиям технического задания
<p>1.3. Дисплей: 1.3.2. Количество отображаемых на экране каналов, до 64 и один канал меток; 1.3.3. Управление записью, Автоматическое / ручное; 1.3.4. Включение и выключение отображения кривых; 1.3.5. Регулировка положения кривых; 1.3.6. Функция заморозки кривых; 1.3.7. Скорость развертки не менее 5, 10, 15, 20, 30, 60 с/стр., 5 мин/стр. или заданная пользователем; 1.3.8. Временные метки, 0,1; 1 с.; 1.3.9. Временная шкала, OFF, 0,2, 1 с.; 1.3.10. Возможность масштабирования ЭЭГ; 1.3.11. Отображение информации на дисплее: 1.3.11.1. Список значимых фрагментов: – Отведения; – Монтажная схема; – Шкала времени с метками; 1.3.12. Функция линейки; 1.3.13. Сохранение фрагментов ЭЭГ для последующего сравнения не менее 1000 фрагментов ЭЭГ; 1.3.14. Сохранение типовых фрагментов ЭЭГ для последующего сравнения с данными других пациентов не менее 100 фрагментов ЭЭГ; 1.3.15. Окно увеличения фрагмента ЭЭГ: – Быстрое детальное увеличение отрезка волны ЭЭГ при перемещении; – измерение амплитуды и продолжительности волны; 1.3.16. Самостоятельный ввод комментариев во время регистрации или просмотра полученных данных не менее 100 комментариев по каналам ЭЭГ; 1.3.17. Формирование карты пациента и шаблона медицинского заключения; 1.3.18. Проведение длительного ЭЭГ мониторинга;</p>	Отсутствие в технической спецификации потенциального Поставщика, что не соответствует требованиям технического задания
<p>Миниэлектродная коробка с защитной сумкой: миниэлектродная коробка не менее 32 канала с соединительным кабелем длиной не менее 5 метров;</p>	Отсутствие в комплектации технической спецификации потенциального Поставщика, что не соответствует требованиям технического задания

Тендерная комиссия

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии	Подпись
1	Нурманбетова Айгуль Маратовна	Заместитель директора по финансовым вопросам	Председатель	
2	Катабасова Раушан Жансериковна	Заместитель директора по сестринскому делу	Член комиссии	
3	Шукелова Динара Хамитовна	Менеджер по медицинской технике	Член комиссии	
4	Абдрахманов Ернар Ерланович	Специалист по государственным	Секретарь	