

ПРОТОКОЛ №64

Об итогах закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

01.10.2024 г.

- г. Есик**
1. Заказчик – ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МПРБ» ГУ УЗ АО. г. Есик, ул. Абая №336
 2. Организатор - ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МПРБ» ГУ УЗ АО г. Есик, ул. Абая №336

Организатором было подано объявление способом запроса ценовых предложений на приобретение:

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	сумма
1	<p>Дистальная медиальная плас­тичная для плечевой кости II, левая, правая (L, R) 3 отв., 58 мм; 5 отв., 84 мм; 7 отв., 110 мм; 9 отв., 136 мм; 11 отв., 162 мм; 13 отв., 188 мм</p>	<p>Дистальная медиальная плечевая пластина должна быть изготовлена из легированного титана, соответствующего ISO 5832-2:2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута наружу в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для спицы Киршнера, позволяющее корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально навязанной установки за счет конической формы краев пластины. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция стволов круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластины должна иметь 3 круглых блокировочных отверстия под винты диаметром не более 2,7 мм, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластины должна иметь 3, 5, 7, 9, 11, 13 отверстий, одно из них овальное, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не более 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивать эффект межфрагментарной компрессии при эксцентрисном положении винта, остальные круглые блокировочные отверстия под винты диаметром не менее 3,5 мм. Расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11,0 мм. Высота профиля должна составлять не менее 3,0 мм и не более 3,5 мм. Длина пластины должна составлять 58 мм, 84 мм, 110 мм, 136 мм, 162 мм, 188 мм. Пластина должна быть для левой и правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя.</p>	ШТ	5	70 686,00	353 430,00

2	<p>Дистальная латеральная пластина для плечевой кости II, левая, правая (L, R) 4 отв., 70 мм; 6 отв., 94 мм; 8 отв., 120 мм; 10 отв., 146 мм; 12 отв., 172 мм</p>	<p>Пластина должна быть изготовлена из негетерогенного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и иметь анодированное покрытие II поколения, серого цвета. Дистальная часть пластины должна быть отогнута наружу, иметь выступ кнаружи и быть конически расширена в соответствии с анатомической кривизной дистального отдела плечевой кости. Пластина имеет в проксимальной части отверстие для стипа Киршнера, позволяющих корректно выполнять позиционирование пластины. Пластина должна иметь ограниченный контакт с костью и возможность минимально инвазивной установки за счет конической формы краев. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция стволы круглых блокировочных отверстий в пластине должна минимизировать возможность заедания резьбы винтов и их заклинивания по типу холодного пластического приваривания. В дистальной части пластина должна иметь 5 круглых блокировочных отверстий для винтов диаметром не более 2,7 мм, из них два в выступе, позволяющих осуществлять через них многонаправленное введение винтов. В диафизарной части пластина должна иметь одно овальное отверстие, позволяющее проводить провизорную фиксацию кортикальным винтом диаметром не менее 3,5 мм, введенным в нейтральном положении, либо обеспечивая эффект межфрагментарной компрессии при эксцентричном положении винта. В диафизарной части пластина должна иметь круглые блокировочные отверстия для винтов диаметром не менее 3,5 мм, расстояние между центрами отверстий должно составлять не менее 12,0 мм и не более 13,0 мм. Ширина диафизарной части пластины должна составлять не менее 10,0 мм и не более 11 мм. Высота профиля должна составлять не менее 2,5 мм и не более 3,0 мм. Длина пластины должна быть 70 мм, 94 мм, 120 мм, 146 мм, 172 мм. Пластина должна быть для левой и правой конечности и иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя.</p>	ШТ	5	70 686,00	353 430,00
Итого						706 860,00

3. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений:

№	Наименование	Ед изм.	Кол-во	Цена	ТОО «А-37»
1	Дистальная медиальная пластина для плечевой кости II, левая, правая (L, R) 3 отв., 58 мм; 5 отв., 84 мм; 7 отв., 110 мм; 9 отв., 136 мм; 11 отв., 162 мм; 13 отв., 188 мм	ШТ	5	70 686,00	69 300,00
2	Дистальная латеральная пластина для плечевой кости II, левая, правая (L, R) 4 отв., 70 мм; 6 отв., 94 мм; 8 отв., 120 мм; 10 отв., 146 мм; 12 отв., 172 мм	ШТ	5	70 686,00	69 300,00

4. Дата и время представления ценового предложения от потенциальных поставщиков.

№	Наименование потенциальных поставщиков	Дата	Время
1	ТОО «А-37»	27.09.2024	17:20

5. Закуп проводился в соответствии Раздела 2, Главы 2 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

6. В процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители поставщиков не присутствовали.

7. Комиссия по проведению закупки способом запроса ценовых предложений, рассмотрев поступившие ценовые предложения **РЕШИЛА:**

ПРИЗНАТЬ ТОО «А-37» победителем закупки способом запроса ценовых предложений по лотам №1, №2.

Заказчику в течение трех календарных дней после опубликования протокола итогов закупки договор закупки способом запроса ценовых предложений по закупке лекарственных средств и медицинских изделий на 2024 год с следующим участником: **ТОО «А-37».**

№	Наименование товаров	Наименование поставщика	Юридический адрес поставщика	Цена победителя
1	Дистальная медиальная пластина для плечевой кости II, левая, правая (L, R) 3 отв., 58 мм; 5 отв., 84 мм; 7 отв., 110 мм; 9 отв., 136 мм; 11 отв., 162 мм; 13 отв., 188 мм	ТОО «А-37»	Г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Казыбек Тауасырұлы д.24	69 300,00
2	Дистальная латеральная пластина для плечевой кости II, левая, правая (L, R) 4 отв., 70 мм; 6 отв., 94 мм; 8 отв., 120 мм; 10 отв., 146 мм; 12 отв., 172 мм	ТОО «А-37»	Г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Казыбек Тауасырұлы д.24	69 300,00

Председатель комиссии _____ **Нурманбетова А.М.**

Члены комиссии _____ **Естаева Б.Ж.**

_____ **Кульбаева Р.Н.**

Секретарь комиссии _____ **Мухамедова И.Ж.**