

«Утверждаю»

Директор Абеуова Ж.С.



Техническая спецификация *

№ п/п	Критерии	Описание		
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)	Датчик ультразвуковой		
2	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		1	Датчик ультразвуковой	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
		Основные комплектующие: Датчик ультразвуковой: Диапазон частот датчика не уже 1,2 - 6,0 МГц, Центральные рабочие частоты в В-режиме не уже 1,2~3,8, 1,7~5,2, 2,0~6,0 МГц. Центральные гармонические частоты не уже 4,0, 5,0, 6,0 МГц. Центральные частоты в доплеровских режимах 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 3,8 МГц. Количество элементов, не менее 192. Радиус кривизны не более 60 мм. Максимальный угол сканирования не менее 72 град. Глубина визуализации не менее 4-40см. Глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее 400. Продольная разрешающая способность, мм, не менее 2. Поперечная разрешающая способность, мм, не менее 2. Обработка полным погружением в дезинфицирующее средство – наличие. Встроенная в корпус датчика аккумуляторная батарея – наличие. Водонепроницаемость + пылезащитный- наличие.		

		Программируемая кнопка на корпусе датчика, для удобного дистанционного управления – Наличие.		
		<i>Дополнительные комплектующие</i>		
		2	Планшет сенсорный	1 шт
3	Требования к условиям эксплуатации	<p>Требования к помещению: Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–35 °С при влажности 30–75 %;</p> <p>ДДР пункт назначения</p>		
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	<p>60 календарных дней, не позднее «31» декабря 2024 г. Адрес: г. Есик, ул.па Абая, 336, КГП на ПХВ "Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница"</p>		
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	<p>Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлению отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. 		
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	<p>Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической</p>		
7	Требования к сопутствующим услугам			

спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.