

«Утверждаю»

Директор Абеуова Ж.С.

(подпись)

(дата)



Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание		
1	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)	ЛОР-комбайн		
2	Требования к комплектации	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)		

Основные комплектующие	
1. ЛОР-комбайн	Мобильный ЛОР комбайн на колесах. Имеет сенсорную панель управления Ирригационный компрессор 2,2 кгс/см ² ± 0,7 кгс/см ² Аспирационный компрессор - скорость всасывания 100 мл/10 сек - сила всасывания 680 мм рт. ст. Держатель для жестких эндоскопов – 2 шт. Держатель для распыления ЛШ с функцией подогрева – 1 шт. Емкость, 57 мм – 2 шт.

		<p>Датчик переополнения – 1 шт. Встроенный манометр – 1 шт. Емкости медицинские, для хранения ЛП, материал – стекло – 2 шт. Габариты (Ш x Г x В) 500 x 566 x 867 мм Общий вес 73 кг Потребляемая мощность 800 ВА Требования к электропитанию 220-230 В, 50/60 Гц Фонарь-ручка 1 шт – наличие. Боковой лоток 1 шт – наличие.</p>	
Дополнительные комплектующие			
2.	Емкость для аспирации, 2000 мл	Накопительная емкость сборник для аспирации 2 000 мл	1 шт.
3.	Емкость, 83 мм	Емкость для инструментария врача диаметром 83 мм	1 шт.
4.	Емкость, 38 мм	Емкость для инструментария врача диаметром 38 мм	1 шт.
5.	Устройство быстрого подогрева	Устройство для быстрого подогрева зеркал и инструментов	1 шт.
6.	Рукоятка для аспирации	Система аспирации, автоматическое включение/выключение аспиратора при снятии с внешнего держателя и возвращении на место	1 шт.
7.	Рукоятка для ирригации	Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при	1 шт.



<p>Требования к условиям эксплуатации</p>	<p>Условия пользования: Температура окружающей среды (устройство): +10°C~+40°C Относительная влажность воздуха: ниже 95% Атмосферное давление: 70-106 кПа. Условия хранения и транспортировки: Температура окружающей среды: -20°C~+60°C Относительная влажность воздуха: ниже 95% Атмосферное давление: 70-106 кПа.</p>		
<p>3</p>			
<p>4</p>	<p>Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</p>	<p>ДДР</p>	
<p>5</p>	<p>Срок поставки медицинской техники и место дислокации</p>	<p>90-120 календарных дней Адрес: Согласно договору</p>	
<p>6</p>	<p>Условия гарантийного обслуживания медицинского оборудования медицинской техники</p>	<p>Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.</p>	
	<p>8.</p>	<p>Доток для хранения инструментария врача</p>	<p>1 шт.</p>
	<p>9.</p>	<p>Надобный фонарь</p>	<p>1 шт.</p>
	<p>Доток для инструментов</p>	<p>Доток для хранения инструментария врача Уровень освещения, на расстоянии 25 см: 15 000 – 30 000 Лк Цветовая температура: 6000 К Срок службы источника света: 50 000 часов Перезаряжаемая батарея: Li-ion, 3.7 В, 2 600мА, время работы 4 часа Вес: 188 г (с перезаряжаемой батареей) Диапазон регулировки крепления для головы: 534 – 638 мм</p>	

<p>поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц</p>	<p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none">- замену отработавших ресурс составных частей;- замену или восстановление отдельных частей медицинской техники;- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной/узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
--	--

