

Техническая спецификация



№ п/п	Критерии	Описание			
1	<p>Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)</p>	<p>Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов</p>			
2	<p>Требования к комплектации</p>	<p>№ п/п</p>	<p>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</p>	<p>Техническая характеристика комплектующего к МТ</p>	<p>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</p>
		<p><i>Основные комплектующие</i></p>			
	<p>1</p> <p>Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов</p>		<p>Назначение: безопасное хранение и поддержание стерильности эндоскопического оборудования в кабинетах эндоскопии, диагностических центрах, хирургических отделениях.</p> <p>Сушка и хранение чистых эндоскопов должны обеспечиваться при помощи тепловентилятора и УФ лампы.</p> <p>Нагреватель и УФ лампа должны быть встроены во внутреннюю часть шкафа. Камера должна быть оснащена</p>	<p>1 шт.</p>	

		<p>датчиком для поддержания единой аппаратуры. Габариты устройства: не более 655 x 655 x 2 225 мм. Потребляемая мощность устройства: не более АС220 В, 50/60 Гц. УФ лампа: мощностью не более 20 Вт (срок службы не менее 5 000 часов). Нагреватель и вентилятор мощностью не менее 1кВт/ч. Камера должна быть оснащена дверным сенсором для включения вентилятора циркуляции воздуха Блок управления: Должен быть оснащен таймером выключения питания, запрограммированным не более, чем на 30 минут, а также счетчиком времени работы УФ лампы.</p>	
3 Требования к условиям эксплуатации	<p>Требования к электропитанию: 220 В, 50/60 Гц</p>		
4 Условия осуществления поставки МИ ТСО <i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</i>		<p>ДДР пункт назначения</p>	
<i>Дополнительные комплектующие</i>			
1	Держатели	10 шт.	
2	Стеллаж	1 шт.	

<p>5</p> <p>Срок поставки МИ ТСО и место дислокации</p>	<p>60 календарных дней не позднее 31 декабря 2024 г.</p> <p>Адрес: г. Есик, улица Абая, 336, КГП на ПХВ "Енбекшиказахская многопрофильная центральная районная больница"</p>
<p>6</p> <p>Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц</p>	<p>Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.</p> <p>Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлению отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий