

ПРОТОКОЛ №81

Об итогах закупки лекарственных средств, медицинских изделий, медицинской техники и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

г. Есик

07.11.2024 г.

1. Заказчик – ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МПРБ» ГУ УЗ АО г. Есик, ул. Абая №336
2. Организатор - ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская МПРБ» ГУ УЗ АО г. Есик, ул. Абая №336

Тендерная комиссия в составе:

Нурманбетова А.М. – председатель комиссии; заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

Члены комиссии:

Жамеков Б.Ш. - заместитель директора по лечебной части

Кадырова Г.У. - главная медсестра стационара

Ашимов Т.Ж. - юрист

Кульбаева Р.Н. - начальник отдела лекарственного обеспечения

Секретарь тендерной комиссии:

Мухамедова И.Ж. – Главный специалист отдела по государственным закупкам

Организатором было подано объявление способом тендерной документации на приобретение:

№	Наименование товара	Характеристика изделия медицинского назначения	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Аппарат искусственной вентиляции легких	Техническая спецификация в приложении к объявлению. <u>Примечание: В технической спецификации количество комплектующих к медицинской технике указано только на 1 единицу медицинского оборудования.</u>	Шт	2	19 159 808,00	38 319 616,00
	ИТОГО:					38 319 616,00

3. Дата и время представления ценового предложения от потенциальных поставщиков.

№	Наименование потенциальных поставщиков	Дата	Время
1	ТОО «РЯ Medical»	29.10.2024	15:02
2	ТОО «QULORU»	30.10.2024	08:41
3	ТОО «ГИЗА - ФАРМ»	30.10.2024	09:01

4. Следующие потенциальные поставщики представили свои заявки на участие до истечения окончательного срока предоставления заявок:

№	Наименование	Ед изм.	Кол -во	Цена	ТОО «РЯ Medical»	ТОО «QULORU»	ТОО «ГИЗА - ФАРМ»
1	Аппарат искусственной вентиляции легких	штук	2	19 159 808,00	18 100 000,00	19 159 808,00	19 100 000,00

5. Тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок также исходила из следующих критериев оценки и сопоставления тендерных заявок:

- 1) предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок;
- 2) добросовестная конкуренция среди потенциальных поставщиков;
- 3) гласность и прозрачность процесса закупок;
- 4) поддержка отечественных товаропроизводителей.

6. Закуп проводился в соответствии Раздела 2, Главы 2 Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях

уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

7. В рамках оценки технической части заявок, тендерная комиссия привлекла экспертов для проведения экспертизы соответствия технических спецификаций потенциальных поставщиков заявленным требованиям.

8. Технические спецификации, представленные потенциальными поставщиками, признаны несоответствующими заявленным требованиям по следующим причинам:

В процессе рассмотрения технических спецификаций, предоставленных потенциальными поставщиками, было установлено следующее:

• **Потенциальный поставщик: ТОО «RR Medical»**

Причина несоответствия: 1) В предоставленной технической спецификации Отсутствуют данные о наличии разъемов Ethernet RJ-45, NDM1, а также разъемов для подключения пульсоксиметра и капнографа, нет данных о диаметрах трубок и степени их компенсации, не предоставлена информация о системе тревог с указанием уровней приоритета, границах настраиваемых тревог, не указаны границы возможностей измеряемых параметров, не указаны формы волны потока (*платоиды, нисходящий или замедляющийся, восходящий или ускоряющийся, синусоидальный*), не представлена функция инспираторной паузы и ограничение давления на вдохе, не указаны характеристики батареи (*напряжение в вольтах, емкость в мАч*), не представлена информация о возможности использования парамагнитного типа для измерения концентрации кислорода, нет данных о стандарте средств мониторинга концентрации кислорода. Аппарат ИВЛ оснащен турбиной, но при ее выходе из строя отсутствует возможность переключения на компрессор, регулируемые параметры не соответствуют требуемым характеристикам, Указаны регулируемые параметры с худшими характеристиками нежели требуемые техническим заданием. Частота дыхания: 1 – 80 /мин. Дыхательный объем: 20 – 2000 мл. (взрослые/дети); 2-300 мл. (новорожденные). ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах: 0 – 35 мбаг. Чувствительность потокового триггера в пределах: 1 – 20 л/мин. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Ramp, FlowAcceleration, RiseTime). Поддерживаемое давление в пределах: 0 – 60 мбаг сверх РЕЕР Соотношение I:E: 1:9 до 4:1. Кроме того, нет данных о: Превосходное давление нижнее давление Превосходное время Меньшее время Рост пациента, Вес пациента, Форма волны потока должна быть: площадь, нисходящий или замедляющийся, восходящий или ускоряющийся, синусоидальный инспираторная пауза, ограничение давления на вдохе.

9. На основании вышеуказанных несоответствий тендерная комиссия пришла к заключению, что заявка поставщика ТОО «RR Medical» не соответствует установленным техническим требованиям, что является основанием для ее отклонения.

10. А так же по результатам экспертов, было установлено, что технические спецификации двух поставщиков — ТОО «QUORU» и ТОО «ГИЗА - ФАРМ» — соответствуют требованиям тендерной документации.

Однако цена, предложенная ТОО «ГИЗА - ФАРМ», является ниже по сравнению с ценой, предложенной ТОО «QUORU». В результате рассмотрения всех заявок и на основании экспертного заключения, тендерная комиссия приняла **Решение:**

1. **ПРИЗНАТЬ** ТОО «ГИЗА - ФАРМ» победителями закупки способом тендерной документации по лоту №1. Так как представленная техническая спецификация соответствует требованиям тендерной документации.

2. Заказчику в течение трех календарных дней после опубликования протокола итогов заключения договор закупки способом тендерной документации по закупке медицинской техники на 2024 год со следующим участником: ТОО «ГИЗА - ФАРМ»

№	Наименование товаров	Наименование поставщика	Цена победителя
1	Аппарат искусственной вентиляции легких	ТОО «ГИЗА - ФАРМ»	19 100 000,00

Председатель комиссии

Нурманбетова А.М.

Члены комиссии

Жамеков Б.Ш.

Кадырова Г.У.

Ашимов Т.Ж.

Кульбаева Р

Секретарь комиссии

Мухамедова И.Ж.